


峰检测报告

打印日期和时间: 2023/04/23 15:46:30

文件名: File_230423_154428 - CorrectionData



创建日期和时间: 2023/04/23 15:45:40
分析者:
样品名称:
样品ID:
Option:
注释:

[测定]
光谱类型: 发射光谱
激发光波长: 678.0 nm
发射光波长 开始: 600.0 nm
发射光波长 结束: 800.0 nm
数据间隔: 2.0 nm
扫描速度: 6000 nm/min

[峰检测表]

阈值: 1000.000
点数: 5

No.	P/V	Wavelengt	荧光强度	描述
1		700.0	25612.8	

[仪器]
激发光带宽: 5.0 nm
发射光带宽: 5.0 nm
灵敏度: Auto

[附件]
附件: 无

[自动打印]
自动打印: 不执行
报告文件: