


# 峰检测报告

打印日期和时间: 2023/03/03 16:09:53

文件名: File\_230303\_160716 - CorrectionData



创建日期和时间: 2023/03/03 16:07:59

分析者:

样品名称:

样品ID:

Option:

注释:

## [峰检测表]

阈值: 10.000

点数: 5

| No. | P/V | Wavelengt | 荧光强度     | 描述 |
|-----|-----|-----------|----------|----|
| 1   |     | 578.0     | 939661.1 |    |

## [测定]

光谱类型: 发射光谱  
激发光波长: 550.0 nm  
发射光波长 开始: 500.0 nm  
发射光波长 结束: 700.0 nm  
数据间隔: 2.0 nm  
扫描速度: 6000 nm/min

## [仪器]

激发光带宽: 5.0 nm  
发射光带宽: 5.0 nm  
灵敏度: Auto

## [附件]

附件: 无

## [自动打印]

自动打印: 不执行  
报告文件: